

全身用X線CT装置の調達業務 質問及び回答

(令和2年12月11日現在)

番号	質問項目	質問内容	回答
1	仕様書 3	新品未使用装置の納入が記載されていませんが、新品未使用の装置を納入することとしての仕様でよろしいでしょうか。	貴見のとおり。
2	仕様書 8 (2) ③	128スライスが保険収載の基準となるDAS数で、今回の仕様においては128DASとの解釈でよろしいでしょうか。	128スライスは再構成枚数であり、128DASではない。
3	仕様書 8 (7) ④	1回のヘリカル撮影でのDual Energy撮影とは、1つのX線管を用いて360度回転中に管電圧を切り替えながら撮影・データ収集する方式、若しくは、1つのX線管・1管電圧から2つの異なるエネルギーを生成する撮影・収集する方式との解釈でよろしいでしょうか。	Dual Energy 撮影は、2つのX線エネルギーを分離収集することが可能であり、TwinBeam方式又はDEヘリカル方式であること。